

Infusor Quimioterápico

Este informativo visa orientar os nossos pacientes sobre o uso do infusor. Descartável, para que dessa forma posamos juntamente com a colaboração deles alcançar a maximização dos resultados positivos e minimizar o desconforto dos mesmos.



Este guia de informações possui algumas instruções importantes que devem ser levadas em consideração para um ciclo de tratamento eficaz.

Este guia de maneira alguma substitui as orientações do Médico.



Centro Oncológico

Equipe de
Enfermagem

A.ENF.0406 – V0

Infusor Quimioterápico



Bomba Infusora

Bomba de infusão pré-programada descartável para administração de quimioterápicos e outros medicamentos.

Objetivo:

Permitir maior conforto e independência aos pacientes que necessitam de infusão medicamentosa contínua por mais de 24h e não necessitam de internação hospitalar.

Recomendações Importantes



Banho

Não expor o INFUSOR a fluxos direto de água .


Não realizar banhos de imersão, como por exemplo: Banheira , piscina, ofurô etc.



Dormir

O INFUSOR deverá permanecer sempre dentro da sua “bag”, mesmo ao dormir.

O INFUSOR não deve ser colocado na cabeceira da cama, sob o travesseiro etc.



Temperatura

Variações bruscas de temperatura poderão acarretar atrasos ou adiantamentos na medicação. Por exemplo: Incidência direta do sol, temperatura fria de condicionador de ar, banhos quentes , saunas, proximidade a fontes de calor, fogão churrasqueiras, lareira e aos fatores climáticos verão ou inverno.



Clamp

O CLAMP terá que ser retido pelo profissional de saúde antes do paciente seguir para casa de modo a evitar que o clampeamento seja realizado pelo próprio paciente.

Filtro



O FILTRO não pode ser coberto devendo ser fixado apenas pelas extremidades. O lado onde se encontra a seta deverá ficar voltado para cima e nunca voltado para baixo (em contato com a pele do paciente).



Dúvidas Sobre o procedimento

Poderão surgir algumas dúvidas durante a utilização do INFUSOR.

Caso isso ocorra entre em contato com o seu médico e/ou equipe de enfermagem.

Nunca Manusear o produto.

Contato em caso de duvida

(11) 3348-4749
Ramal 4655

Equipe de Enfermagem
centro Oncológico